

OPCIONES

La mayoría de los instrumentos Hameg, que no incluyen los interfaces RS-232 o IEEE-488 pueden ser re-equipados posteriormente. La interfaz general es el modelo HO 79-6, diseñada para equipar los osciloscopios HM407, HM 507 y HM1507 con interfaz paralelo, serie e IEEE-488.



HO79-6

Interfaz multifunción

HO112

Selector de Canales

HO720

Interfaz DUAL RS-232/USB

HO730

Interfaz combinado Ethernet/USB

HO740

Interfaz IEEE-488 (GBIP)

HO870

Interfaz USB

HO880

Interfaz IEEE-488

HO890

Interfaz RS-232